

设备维修发布表			
报修通知编号:	2021070920401		
维修发布时间:	2021-7-9/16:30	报价响应截至时间:	2021-7-14/16:00
使用科室:	神经外科	设备名称:	心电监护仪
规格型号:	PM9000	设备机身号:	
品牌/厂家:	迈瑞		
故障现象:	无电源，经拆机检修，判断为电路板损坏，需更换。		
附图			
<p><b>备注:</b></p> <p>1. 故障现象仅器械科人员或科室人员，通过故障情况进行的描述，其中怀疑损坏的部件，仅为器械科人员的判断，不作为最终维修更换的依据。</p> <p>2. 维修商报价中维修/更换的配件，是维修商进行判断，且确定需要维修的项目，确定报价后，即使最终维修内容不在报价项目中，也不得进行更改。</p> <p>3. 所有报价单（word格式）均需加密，按照微信维修发布群（公开平台）内群公告规定，发送至指定邮箱（wx_455@126.com），且在报价响应截至时间后半小时内，在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密，则出现任何报价信息外泄，由报价方自己承担。</p> <p>4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。（本市其他医院等单位，该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等）</p>			