


设备维修发布表			
报修通知编号:	2021110835201		
维修发布时间:	2021-11-8/8:30	报价响应截至时间:	2021-11-10/16:00
使用科室:	内镜中心	设备名称:	内镜洗消一体系统
规格型号:		设备机身号:	
品牌/厂家:	迈尔		
故障现象:	更换气液转换器2套		
附图			
			
备注:	<p>1. 故障现象仅器械科人员或科室人员, 通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 仅为器械科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。</p> <p>2. 维修商报价中维修/更换的配件, 是维修商进行判断, 且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改。</p> <p>3. 所有报价单 (word格式) 均需加密, 按照微信维修发布群 (公开平台) 内群公告规定, 发送至指定邮箱 (wx_455@126.com), 且在报价响应截止时间后半小时内, 在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密, 则出现任何报价信息外泄, 由报价方自己承担。</p> <p>4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位, 该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等)</p>		