

| 设备维修发布表  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| 报修通知编号:  | 2022010535201   |  |                |
| 维修发布时间:  | 2022-1-5/17: 00   | 报价响应截至时间:  | 2022-1-7/16:00 |
| 使用科室:  | 内镜中心  | 设备名称:  | 内镜洗消一体系统       |
| 规格型号:  |   | 设备机身号:   |                |
| 品牌/厂家:   | 迈尔  |  |                |
| 故障现象:  | 气枪压力表无压力，经检查，空压机坏，需更换整套空压机（机头和气罐）   |  |                |
| 附图   |   |  |                |
| <br>内镜洗消一体系统 |   | <br>气枪压力表 |                |
| <br>空压机    |   | <br>空压机型号 |                |
| 备注:  | 1. 故障现象仅器械科人员或科室人员，通过故障情况进行的描述，其中怀疑损坏的部件，仅为器械科人员的判断，不作为最终维修更换的依据。   |  |                |
|  | 2. 维修商报价中维修/更换的配件，是维修商进行判断，且确定需要维修的项目，确定报价后，即使最终维修内容不在报价项目中，也不得进行更改。  |  |                |
|  | 3. 所有报价单（word格式）均需加密，按照微信维修发布群（公开平台）内群公告规定，发送至指定邮箱（wx_455@126.com），且在报价响应截至时间后半小时内，在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密，则出现任何报价信息外泄，由报价方自己承担。 |  |                |
|  | 4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。（本市其他医院等单位，该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等）   |  |                |