

设备维修发布表

报修通知编号:	2023062850301		
维修发布时间:	2023-06-28/16:00	报价响应截至时间:	2023-06-30/16:00
使用科室:	放射诊断科	设备名称:	移动X线机
规格型号:	MOBLIETT ELARA MAX	设备机身号:	12578
品牌/厂家:	西门子		
需求:	手闸线加长, 共约8-15米		
附图			
备注:	1. 故障现象仅医工科人员或科室人员, 通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 仅为医工科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。		
	2. 维修商报价中维修/更换的配件, 是维修商进行判断, 且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改报价。		
	3. 所有报价单 (word格式) 均需加密, 发送至指定邮箱 (wx_455@126.com), 且在报价响应截止时间后半小时内, 在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密, 则出现任何报价信息外泄, 由报价方自己承担。		
	4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位, 该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等)		

