

设备维修发布表

报修通知编号:	2024042222101		
维修发布时间:	2024-4-19/8:00	报价响应截至时间:	2024-4-24/16:00
使用科室:	麻醉科	设备名称:	高频电外科系统
规格型号:	VIOR 300S	设备机身号:	/
品牌/厂家:	爱尔摩等		
故障现象:	负极板损坏, 需要维修相关配件, 预估有7套左右		

附图



备注:	<p>1. 故障现象仅医工科人员或科室人员, 通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 仅为医工科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。</p> <p>2. 维修商报价中维修/更换的配件, 是维修商进行判断, 且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改报价。</p> <p>3. 所有报价单 (包含公司三证), 以档案袋密封方式邮寄至淮海西路338号医工科维修组刘老师收, 联系电话 02181815159, 若档案袋未密封, 视报价无效, 且出现任何报价信息外泄, 由报价方自己承担。</p> <p>4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位, 该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等)</p>
------------	---