


设备维修发布表

报修通知编号:	2020072722301		
维修发布时间:	2020-07-27/16:30	报价响应截至时间:	2020-07-28/16:30
使用科室:	麻醉科	设备名称:	腹腔镜
规格型号:	1088I	设备机身号:	
品牌/厂家:	史塞克		
故障现象:	摄像头连接线坏		
附图			
			
备注:	<p>1. 故障现象仅器械科人员或科室人员通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 也仅是器械科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。</p> <p>2. 维修商报价中维修/更换的配件是维修商进行判断且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改。</p>		