

设备维修发布表

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
| 报修通知编号: | 2020092784501 | | |
| 维修发布时间: | 2020-9-27/16:30 | 报价响应截至时间: | 2020-9-28/16: 30 |
| 使用科室: | 口腔科 | 设备名称: | 牙科综合治疗机 |
| 规格型号: | ADEC8000/TAURUS | 设备机身号: | 3号、7号 |
| 品牌/厂家: | ADEC/新兴 | | |
| 故障现象: | 3号: 手术灯坏, 弱吸坏, 手机管线坏/7号: 机箱漏水, 手机管路漏水 | | |
| 附图 | | | |
|  | | | |
| 备注: | <p>1. 故障现象仅器械科人员或科室人员通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 也仅是器械科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。</p> <p>2. 维修商报价中维修/更换的配件是维修商进行判断且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改。</p> | | |