

设备维修发布表

报修通知编号:	2020101464501		
维修发布时间:	2020-10-14/14:00	报价响应截至时间:	2020-10-16/16:00
使用科室:	生殖中心	设备名称:	医用培养箱
规格型号:	MIRI	设备机身号:	02105
品牌/厂家:	ESCO		
故障现象:	配VOC/HEPA过滤器2个、CO2/N2 0.2 μ mHEPA管路过滤器1套、O2浓度传感器1个、UV灯组件1个		

附图



VOC/HEPA过滤器



CO2/N2 0.2μmHEPA管路过滤器



O2浓度传感器



UV灯组件

备注:

- 故障现象器械科人员或科室人员,通过故障情况进行的描述,其中怀疑损坏的部件,仅为器械科人员的判断,不作为最终维修更换的依据。
- 维修商报价中维修/更换的配件,是维修商进行判断,且确定需要维修的项目,确定报价后,即使最终维修内容不在报价项目中,也不得进行更改。
- 所有报价单(word格式)均需加密,按照微信维修发布群(公开平台)内群公告规定,发送至指定邮箱(wx_455@126.com),且在报价响应截止时间后半小时内,在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密,则出现任何报价信息外泄,由报价方自己承担。

4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。（本市其他医院等单位，该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等）