


设备维修发布表

报修通知编号:	2020101515801		
维修发布时间:	2020-10-15/9:02	报价响应截至时间:	2020-10-19/16:00
使用科室:	重症医学科	设备名称:	有创呼吸机
规格型号:	Savina	设备机身号:	ARZB-0194
品牌/厂家:	德尔格		
故障现象:	开机故障, 仪器失灵44.0000报警		



备注:

1. 故障现象仅器械科人员或科室人员, 通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 仅为器械科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。
2. 维修商报价中维修/更换的配件, 是维修商进行判断, 且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改。
3. 所有报价单 (word格式) 均需加密, 按照微信维修发布群 (公开平台) 内群公告规定, 发送至指定邮箱 (wx_455@126.com), 且在报价响应截止时间后半小时内, 在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密, 则出现任何报价信息外泄, 由报价方自己承担。
4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位, 该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等)