设备维修发布表

报修通知编号：	2021101935201		
维修发布时间：	2021-10-19/17:30	**报价响应截至时间：**	2021-10-22/16:00
使用科室:	内镜中心	**设备名称:**	电子胃镜
规格型号:	GIF-H260	**设备机身号：**	2668502
品牌/厂家：	奥林巴斯		
故障现象:	插入管发黄老化，有咬痕，大角度旋钮漏水（更换插入管、活检管、弯曲橡皮、钢丝固定件、弯曲管组件、旋钮锁紧盖）。		

附图

备注：	1.故障现象仅器械科人员或科室人员,通过故障情况进行的描述，其中怀疑损坏的部件，仅为器械科人员的判断，不作为最终维修更换的依据。
	2.维修商报价中维修/更换的配件,是维修商进行判断,且确定需要维修的项目，确定报价后，即使最终维修内容不在报价项目中，也不得进行更改。
	3.所有报价单（word格式）均需加密，按照微信维修发布群（公开平台）内群公告规定，发送至指定邮箱（wx_455@126.com)，且在报价响应截至时间后半小时内，在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密，则出现任何报价信息外泄，由报价方自己承担。
	4.中标维修商需提供三年内该维修报价依据。（本市其他医院等单位，该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等）