

设备维修发布表

报修通知编号:	2024012438101		
维修发布时间:	2024-1-24/8:00	报价响应截至时间:	2024-1-26/16:00
使用科室:	急诊医学科	设备名称:	呼吸机
规格型号:	C2	设备机身号:	12348、12350
品牌/厂家:	瑞士哈美顿	启用时间:	2017/10/17
故障现象:	呼吸机无法正常使用，3套流量传感器停止工作，		

附图



备注:	<p>1. 故障现象仅医工科人员或科室人员, 通过故障情况进行的描述, 其中怀疑损坏的部件, 仅为医工科人员的判断, 不作为最终维修更换的依据。</p> <p>2. 维修商报价中维修/更换的配件, 是维修商进行判断, 且确定需要维修的项目, 确定报价后, 即使最终维修内容不在报价项目中, 也不得进行更改报价。</p> <p>3. 所有报价单 (word格式) 均需加密, 发送至指定邮箱 (wx_455@126.com), 且在报价响应截止时间后半小时内, 在原邮件中直接回复报价单密码。若报价单不加密, 则出现任何报价信息外泄, 由报价方自己承担。</p> <p>4. 中标维修商需提供三年内该维修报价依据。(本市其他医院等单位, 该类维修的维修发票复印件、具有客户签字的售后服务合同等)</p>
------------	--